Soundway®

REV.: C/0

Venturi Mask

CE 1639 LATEX PHT DEHP NON STERILE -20°C -4°F +60°C +140°F Storage Temperature

【 Uso 】

Indicado para terapia respiratoria.

【 Forma de uso 】

1.Fije el ajustador giratorio al valor de concentración apropiado para la concentracion de oxigeno deseada. Para concentracion de 24%-31%, colocar flujo de 3LPM. Para concentracion de 35%-50% colocar flujo a 6LPM.

2.Conectar y ajustar la mascara insertando la parte mas ancha (OD 22mm) en el tubo corrugado. Rotar la zona verde para tener la concentracion deseada.

3.Colocar el tubo de oxigeno a la fuente de aire, y ajustar el flujo de aire segun deseado. Controlar el flujo de oxigeno a traves del dispositivo .

4.Colocar la mascara sobre la cara y ajustar la banda nasal.
Sujetar el elastico sobre las orejas a una posicion comoda

Ref: A0401

SIZE: XL

LOT

【Precauciones】

1. De un solo uso. Descartar luego de usar.
2. No usar si el envoltorio esta abierto o roto.
3. No almacene a temperaturas altas o en lugares humedos. Almacenar en un lugar seco y fresco.
4. Asegurarse de que todas las conexiones son seguras para que el aire circule a traves del tubo de forma correcta

Ningbo Shengyurui Medical Appliances Co.,Ltd.
No. 138 Binhaisi Road,Hangzhou Bay New Zone,
315336,Ningbo, Zhe jiang Province,P.R.China.

EC REP **Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)Eiffestrasse 80 20537 Hamburg GERMANY**